

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

## № 6419/4



Действительно до  
**20.09.2019**

Средство измерений **Комплекс измерительный с автоматической видеофиксацией нарушений правил дорожного движения**

наименование

**Форсаж, реестр №60088-15**

тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (если в состав эталона входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

**Отсутствует**

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) **F149**

поверено **в соответствии с описанием типа**

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с **смотреть на обратной стороне**

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: **смотреть на обратной стороне**

наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: **смотреть на оборотной стороне**

приводят перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

**Начальник лаборатории**

Должность руководителя подразделения

Подпись

**Н.Я.Ениватов**

Инициалы, фамилия

**Поверитель**

Подпись

**С.М.Горинов**

Инициалы, фамилия

Дата поверки

**21.09.2018**

**МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
**Реестр №60088-15**

**поверено в соответствии с:** « Комплексы измерительные с автоматической видеофиксацией нарушений правил дорожного движения ФОРСАЖ».  
МП 401250-001-31745739-2014.

**с применением эталонов:**

Лазерный дальномер Leica DISTO D510 №1044648490

**при следующих значениях влияющих факторов:**

температура окружающей среды 18,0 °С;

относительная влажность воздуха 51 %;

атмосферное давление 99,8 кПа;

без осадков.

**Полный адрес места установки:**

г. Саранск, перекресток ул. Коваленко и ул. Воинова

Протокол поверки №353/82

Начальник лаборатории

должность руководителя  
подразделения

Поверитель

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

Н.Я. Ениватов

инициалы, фамилия

С.М. Горинов

инициалы, фамилия

**21.09.2018**

дата поверки